


# Solution de <sup>®</sup>Chlorhydrate d'HYDROmorphone injectable USP prête à l'emploi\*

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION



SITE D'INJECTION

SITE DE PONCTION



**Le site d'injection peut être couvert avec un capuchon inviolable. Ne pas retirer.**

- 1 Respectez une hygiène adéquate des mains lors de la préparation de tout médicament.
- 2 Vérifiez l'ordonnance et confirmez la bonne solution et le bon patient.
- 3 Retirez le suremballage en aluminium.
- 4 Pressez le sac fermement et vérifiez la présence de fuites; en cas de fuite, ne pas utiliser le sac, car la stérilité pourrait en être altérée.
- 5 Effectuez une inspection visuelle pour vérifier la présence de particules; utilisez seulement si la solution est limpide.
- 6 Ouvrez le site de ponction du sac en tournant les deux ailettes en sens inverse pour casser la première ailette (voir l'illustration). **REMARQUE** : La membrane intérieure du site de ponction reste fermée et stérile juste après le retrait de l'ailette.
- 7 Suivez les instructions de la tubulure de perfusion afin de la connecter correctement au site de ponction.
- 8 Suivez les instructions de la pompe à perfusion pour connecter correctement la tubulure de perfusion.
- 9 Programmez la pompe à perfusion conformément à l'ordonnance.
- 10 Vérifiez la programmation de la pompe à perfusion et respectez les principes fondamentaux de votre établissement pour une administration sécurisée des médicaments.

**Les patients doivent être surveillés afin de prévenir une dépression respiratoire, particulièrement au moment d'initier une perfusion de <sup>®</sup>Chlorhydrate d'HYDROmorphone injectable USP ou à la suite d'une augmentation de la dose.**

La solution de <sup>®</sup>Chlorhydrate d'HYDROmorphone injectable USP prête à l'emploi est pour une dose unique seulement. Sans agent de conservation. Jetez toute portion non-utilisée selon le protocole de votre hôpital.

\* Veuillez vous référer à la monographie du produit pour des renseignements détaillés.

Medinfo : 1 844-329-2939 | [medinfo@sterinova.com](mailto:medinfo@sterinova.com)  
[www.sterinova.com](http://www.sterinova.com)

3005, avenue José-Maria-Rosell  
Saint-Hyacinthe QC J2S 0J9 Canada  
450 252-2520

**STERINOVA**

*Les injectables, en toute facilité*