

Solution de Midazolam injectable USP 1 mg / mL prête à l'emploi*

INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

À être administré par injection
intraveineuse lente par un professionnel
de la santé SEULEMENT.



- 1 Respectez une hygiène adéquate des mains lors de la préparation de tout médicament.
- 2 Vérifiez l'ordonnance et confirmez la bonne solution et le bon patient.
- 3 Retirez le suremballage en aluminium.
- 4 Pressez le sac fermement et vérifiez la présence de fuites; en cas de fuite, ne pas utiliser le sac, car la stérilité pourrait en être altérée.
- 5 Effectuez une inspection visuelle pour vérifier la présence de particules; utilisez seulement si la solution est limpide.
- 6 Ouvrez le site de ponction du sac en tournant les deux ailettes en sens inverse pour casser la première ailette (voir l'illustration). **REMARQUE :** La membrane intérieure du site de ponction reste fermée et stérile juste après le retrait de l'ailette.
- 7 Suivez les instructions de la tubulure de perfusion afin de la connecter correctement au site de ponction.
- 8 Suivez les instructions de la pompe à perfusion pour connecter correctement la tubulure de perfusion.
- 9 Programmez la pompe à perfusion conformément à l'ordonnance.
- 10 Vérifiez la programmation de la pompe à perfusion et respectez les principes fondamentaux de votre établissement pour une administration sécurisée des médicaments.

Les patients doivent être surveillés afin de relever les premiers signes d'hypoventilation ou d'apnée, qui peuvent mener à une hypoxie ou à un arrêt cardiaque, à moins que les mesures correctives appropriées ne soient prises. Il faut continuer de surveiller les signes vitaux pendant la période de rétablissement. Les agonistes opioïdes et d'autres sédatifs ajoutent à la dépression respiratoire induite par le midazolam.

Ce matériel a été développé par Sterinova Inc.

Le sac de  Midazolam injectable USP est destiné à un usage unique. Jetez toute portion non-utilisée selon le protocole de votre hôpital.

* Veuillez vous référer à la monographie du produit pour des renseignements détaillés.

Questions ou préoccupations ? /
Pour rapporter des événements indésirables / Communiquez avec nous

Medinfo: 1 844-329-2939 | medinfo@sterinova.com

3005, av. José-Maria-Rosell
Saint-Hyacinthe QC J2S 0J9 Canada
450 252-2520
sterinova.com

 **STERINOVA**