## © Chlorhydrate d'HYDROmorphone injectable USP\*

## **INSTRUCTIONS D'UTILISATION:**



Ce matériel a été développé par Sterinova Inc., dans le cadre du plan de minimisation des risques pour le ® Chlorhydrate d'HYDROmorphone injectable USP. Ce matériel n'est pas destiné à un usage promotionnel.

## À être administrée seulement par un professionnel de la santé

- Respectez une hygiène adéquate des mains lors de la préparation de tout médicament.
- Vérifiez l'ordonnance et confirmez la bonne solution et le bon patient.
- Retirez le suremballage en aluminium.
- Pressez le sac fermement et vérifiez la présence de fuites; en cas de fuite, ne pas utiliser le sac, car la stérilité pourrait en être altérée.
- Effectuez une inspection visuelle pour vérifier la présence de particules; utilisez seulement si la solution est limpide.
- Ouvrez le site de ponction du sac en tournant les deux ailettes en sens inverse pour casser la première ailette (voir l'illustration). Ne pas diluer. **REMARQUE**: La membrane intérieure du site de ponction reste fermée et stérile juste après le retrait de l'ailette.
- Suivez les instructions de la tubulure de perfusion afin de la connecter correctement au site de ponction.
- Suivez les instructions de la pompe à perfusion pour connecter correctement la tubulure de perfusion.
- Programmez la pompe à perfusion conformément à l'ordonnance.
- Vérifiez la programmation de la pompe à perfusion et respectez les principes fondamentaux de votre établissement pour une administration sécurisée des médicaments.

Les patients doivent être surveillés afin de prévenir une dépression respiratoire, particulièrement au moment d'initier une perfusion de ®Chlorhydrate d'HYDROmorphone injectable USP ou à la suite d'une augmentation de la dose.

Le sac de **®**Chlorhydrate d'HYDROmorphone injectable USP est destiné à un usage unique.

Jetez toute portion non-utilisée selon le protocole de votre hôpital.

\* Veuillez vous référer à la monographie du produit pour des renseignements détaillés.

Questions ou préoccupations? / Pour rapporter des événements indésirables / Communiquez avec nous

Medinfo: 1844-329-2939 | medinfo@sterinova.com

3005, av. José-Maria-Rosell Saint-Hyacinthe QC J2S 0J9 Canada 450 252-2520 Sterinova com

